



Secretaria Municipal de Saúde
Santo Antônio de Pádua
Estado do Rio de Janeiro

ASSUNTO: **SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - EDITAL 022/2023**

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS E SERINGAS.**

SOLICITANTE: **MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

Trata-se de **SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS** referente ao **EDITAL 022/2023** que tem por objeto a **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS E SERINGAS**, solicitada pela empresa **MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

O solicitante de forma sintetizada postula os seguintes esclarecimentos:

PROFUNDIDADE DE LANCETA (ITEM 12)

1. As licitantes poderão cotar lancetas 26G com profundidade de **ATÉ 1,8mm**?

Resposta: não será aceito produto diverso do especificado no item. Portanto, a lanceta deverá ser de **1,8mm** de profundidade.

2. Quais as vantagens que a lanceta 26G com 1,8mm poderá trazer e que as lancetas 26G com 1,4mm não oferecem?

Resposta: conforme informação do **Chefe de Enfermagem, Carlos Atila Francisco Rosrigues – matrícula 18229-0/1**, a escolha do calibre e profundidade da lanceta teve como embasamento técnico o grande volume de pacientes que apresentam ceratodermia palmar (mãos grossas) relacionada as atividades laborais praticadas, sendo impraticável a utilização de produtos com especificação inferior e diversa do detalhamento previsto no **item 12 do EDITAL 022/2023.**



Secretaria Municipal de Saúde
Santo Antônio de Pádua
Estado do Rio de Janeiro

De todo o exposto, espera a Administração Municipal ter prestado os esclarecimentos solicitados.

Santo Antônio de Pádua, **02/10/2023**.

Rafael Lyons

Secretário Municipal de Saúde

Cristina Rodrigues de Oliveira Pereira

Pregoeira