



**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Santo Antônio de Pádua**  
**Estado do Rio de Janeiro**

ASSUNTO: **SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - EDITAL 033/2023**

OBJETO: **FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL (Nº DA PROPOSTA: 04249.257000/1230-12).**

SOLICITANTE: **LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA.**

Trata-se de **SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS** referente ao **EDITAL 033/2023** que tem por objeto **FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL (Nº DA PROPOSTA: 04249.257000/1230-12)**, solicitada pela empresa **LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA.**

O solicitante de forma sintetizada postula os seguintes esclarecimentos:

O item 004 (seladora) não informa o tamanho da área e espessura da selagem. Precisamos desta informação para saber se o produto atende.

E diante dos argumentos trazidos, necessária foi a realização de **diligências** a fim de instruir os esclarecimentos, haja vista se tratar de questões técnicas afetas ao objeto licitado.

É o que estabelece a parte inicial do **art. 43, § 3º** do **Estatuto das Licitações**, pelo qual é facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a **esclarecer** ou a **complementar** a instrução do processo.

E conforme a cláusula **25.12.** do **EDITAL 033/2023**, o **PREGOEIRO** poderá solicitar manifestação da Assessoria Jurídica, Controle Interno ou de outros Departamentos, bem como de servidores e/ou técnicos especializados que julgar necessários para subsidiar suas respectivas decisões.

À luz desse dispositivo, a solicitação de esclarecimentos foi encaminhada ao **SETOR DEMANDANTE** para análise e manifestação.

O **SETOR DEMANDANTE** assim informou:



**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Santo Antônio de Pádua**  
**Estado do Rio de Janeiro**

“Em atendimento à solicitação de esclarecimentos realizada pela empresa **LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA**, informamos que o ideal do tamanho da área e espessura de selagens da **SELADORA (item 004)** do **EDITAL 033/2023**, são os seguintes:

- ✓ Área de selagem (comprimento): 30 cm;
- ✓ Espessura da selagem: 12mm.”

Ressalta-se, por oportuno, que se trata **apenas** de uma sugestão, haja vista que a descrição do **item 004** do **EDITAL 033/2023** não traz as informações acerca do tamanho da área e espessura de selagens da **SELADORA**.

E assim sendo, será classificada a proposta que atender a especificação prevista no **item 004** do **EDITAL 033/2023**, independentemente do tamanho da área e espessura da selagem que o licitante ofertar, porquanto não foi descrito no ato convocatório.

De todo o exposto, espera a Administração Municipal ter prestado os esclarecimentos solicitados.

Santo Antônio de Pádua, **15/01/2024**.

---

**Rafael Lyons**

Secretário Municipal de Saúde

---

**Cristina Rodrigues de Oliveira Pereira**

Pregoeira