

PROPOSTA DE PREÇO**ANEXO I – EDITAL 068/2021****RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:****CNPJ:****ENDEREÇO:****CIDADE:****ESTADO:****E-MAIL:****TELEFONE: (XX)****OBJETO: FORNECIMENTO DE FOCO CIRÚRGICO.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO
001	<p>Foco cirúrgico de teto dois braços 120 + 120 (120.000 LUX cada cúpula) composto por sistema de dois braços e duas cúpulas.</p> <p>* Os módulos com lentes de alto rendimento permitem que cada cúpula atinja uma intensidade luminosa de 120.000 LUX a uma distância de 1 metro do campo operatório.</p> <p>* Os LEDs brancos de última geração unidos a lentes de alto desempenho garantem um maior campo luminoso com baixo consumo de energia.</p> <p>* O equipamento deverá fornecer iluminação de qualidade e alta vida útil dos LEDs, sem emissão de radiação infravermelho e ultravioleta garantindo a mínima geração de calor no campo operatório, o que impede a dessecação dos tecidos.</p> <p>* O equipamento deve possuir controle eletrônico inteligente que monitora a temperatura dos módulos de LED, o que permite alcançar grande vida útil do produto, minimizando as rotineiras</p>	und.	02		

<p>manutenções de focos convencionais.</p> <p>* A proteção do sistema eletrônico deve ser feita com fusível substituível.</p> <p>* O foco cirúrgico deve possuir as seguintes certificações de qualidade e registros: NBR IEC 60601-1:2010+Em 1:2016; NBR IEC 60601-1:2:2010; NB IEC 60601-1-6:2011; NBR IEC 60601-1-9:2010+Em1:2014; NBR IEC 60601-2-41:2012+Em1:2014.</p> <p style="text-align: center;">CÚPULA:</p> <p>Iluminação:120.000 LUX;</p> <p>Campo luminoso: 180 a 230mm (por cúpula);</p> <p>Temperatura de cor ajustável entre 3.000K a 6.000K (por cúpula);</p> <p>Luz especial para vídeo-cirurgia (ENDO, PENUMBRA);</p> <p>Vida útil dos LEDs até 100.000 horas;</p> <p>Cúpula selada e protegida contra poeira e líquidos conforme IP-54, isenta de ventilação forçada e ruídos;</p> <p>Potência por cúpula entre 55 e 80 VA (variável de acordo conforme configuração utilizada);</p> <p>Índice de reprodução geral de cor RA = 96;</p> <p>Índice de reprodução de cor específica R9= 97;</p> <p>Profundidade do campo luminoso de 1736mm (L1+L2 a 20%);</p> <p>Razão da irradiância de 1m e iluminância de 3,1mW/m²1x.</p> <p style="text-align: center;">PAINEL DE CONTROLE:</p> <p>Ajustes de intensidade luminosa e ajuste de temperatura de cor feito vias painel de controle em LCD localizado no braço da cúpula;</p> <p>Ajuste de temperatura de cor;</p> <p>Ajuste de intensidade luminosa;</p> <p>Função ENDO (MODO PENUMBRA);</p> <p>Função liga e desliga.</p>				
--	--	--	--	--

	<p style="text-align: center;">SISTEMA DE BRAÇOS:</p> <p>Suave operação e máxima segurança durante o uso, com preciso posicionamento dos braços; Eixos Horizontais: Movimento de 360° ilimitado (giro livre); Braço articulado vertical: 45°. para cima e 50° para baixo na vertical; Arco duplo, diretamente conectado a cúpula, permite o movimento de 270°.</p> <p style="text-align: center;">MANOPLAS:</p> <p>Manopla fabricada em alumínio, retirável e autoclavável (134°) em até 500 ciclos de esterilização; Responsável pela abertura e convergência do campo luminoso.</p>				
--	---	--	--	--	--

*** Os equipamentos deverão ser montados/instalados no local e no prazo para o fornecimento do objeto, ambos previstos no edital, contrato e termo de referência, sem ônus para o Contratante.**

*** As marcas e modelos constantes da descrição dos itens são meramente referenciais.**

1. Declaramos que a empresa acima identificada se propõe a executar o objeto do edital, conforme discriminado no **TERMO DE REFERÊNCIA**, pelos preços e condições assinalados na presente proposta, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.
2. Declaramos que o conteúdo da presente proposta de preço, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outra empresa do ramo.
3. Outrossim, declaramos, sob as penas da lei, que os preços/valores indicados nessa proposta de preço condizem com os praticados no mercado para a execução do objeto, na forma acima apresentada.

4. O prazo de validade desta proposta é de **90 (noventa) dias**, contados da data de sua entrega ao **PREGOEIRO**.
5. Declaramos aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo **Contratante**.
6. O preço ofertado inclui todas as despesas incidentes, mão de obra, ônus e custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer seguros, impostos, taxas, tributos, encargos sociais, administração, contribuições e obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal, previdenciária e comercial, contribuições parafiscais, transporte, garantia, bem como as relativas à legislação civil e demais despesas indispensáveis à perfeita execução do objeto.

Os dados necessários para eventual formalização de **termo de contrato**, bem como dados para pagamento:

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome completo:

Cargo ocupacional:

CPF:

Carteira de identidade:

Órgão expedidor:

DADOS BANCÁRIOS:

Banco:

Agência:

Conta corrente:

Santo Antônio de Pádua/RJ,/...../2021.

Assinatura do representante legal da empresa