



Secretaria Municipal de Saúde
Santo Antônio de Pádua
Estado do Rio de Janeiro

ASSUNTO: **SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - EDITAL 037/2022.**

OBJETO: **FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS - HEMOCENTRO REGIONAL.**

SOLICITANTE: **VDR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA.**

Trata-se de **SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS** referente ao **EDITAL 037/2022** que tem por objeto o **FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS - HEMOCENTRO REGIONAL**, solicitada pela empresa **VDR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA.**

Preliminarmente, cumpre fazer uma análise dos requisitos formais para a apresentação da solicitação.

A solicitação da empresa **VDR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA**, foi protocolada no dia **28/07/2022**. Assim sendo, verifica-se que a **SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS** ao **EDITAL 037/2022** foi interposta **tempestivamente**, eis que a sessão de julgamento está agendada para o dia **03/08/2022**.

A **Lei Federal nº10.520/02** não disciplinou prazos para apresentação de pedidos de esclarecimento e impugnações aos editais. Regra geral, essa disciplina foi fixada pelos decretos que regulam a modalidade licitatória pregão no âmbito da Administração Pública Federal.

De acordo com o **artigo 12 do Decreto Federal nº3.555/00**, que regulamenta a forma presencial do pregão no âmbito da Administração Pública Federal, "**até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão**".



Secretaria Municipal de Saúde
Santo Antônio de Pádua
Estado do Rio de Janeiro

A solicitante postula elucidar algumas dúvidas e discorre conforme abaixo:

QUESTIONAMENTO 1: item 1

Está sendo solicitado 2 (dois) agitadores de bolsas de plaquetas com capacidade para 48 bolsas?

Resposta: sim.

QUESTIONAMENTO 2: item 1

Está sendo solicitado a câmara incubadora para agitador de plaquetas?

Resposta: não.

QUESTIONAMENTO 3: item 1

Está sendo solicitado câmara incubadora com agitador de plaquetas dentro?

Resposta: sim.

Sintetizando e conforme especificado no termo de referência, trata-se de aquisição de **2 (duas) câmaras de conservação de plaquetas com agitador acoplado.**

De todo o exposto, espera a Administração Municipal ter prestado os esclarecimentos solicitados.

Santo Antônio de Pádua, **01/08/2022.**

Rafael Lyons

Secretário Municipal de Saúde